

Leak Test System For Hermetic Seals

防水検査用試験装置

Test Equipment for Waterproofing Inspection

**MSZ-0701 series**

**防水**

検査用テスト装置


密封された製品の防水性を検査する装置です。包装容器や電子機器などの多様な製品にご利用いただけます。



- 防水規格は IPX7, IPX8 相当
- 被検査物を水に濡らさない乾式の非破壊検査
- 定量検査で漏れ量を数値化し、科学的に品質管理

## 型番・型式

MSZ-0701 - ① ② ③ ④ XXXXXXXXXXXX-NN




① センサ	W	MSL-0301
② 圧力レンジ	W	絶対圧仕様 (表示範囲) : 1~200 kPa abs
③ 追加タンク	N	なし
	M	100 mL
④ バリデーション	N	なし
	V	あり

## 仕様

測定方式	絶対圧仕様 (表示範囲) : 1~200 kPa abs
外形寸法/質量	W470 × D720 × H416 mm / 50 kg
検査対象サイズ	W300 × D210 × H100 mm 以下
グループ設定	100 種類
シリアルポート	3 Port (Reader・Printer・PC)
USB	1 Port (出力用)
Ethernet	1 Port

電源電圧	AC100-240 V 50/60 Hz
使用温度	0~40 °C 45~85 RH (結露無きこと)
空圧源	空圧源: 0.4~0.9 MPa G ※ クリーンで変動しないドライエアをご使用ください 推奨条件: JIS B 8392-1:2012 による 圧縮空気の清浄等級 1, 3, 1

## 外観寸法 (単位:mm)



株式会社 **フクダ**  
<https://www.fukuda-jp.com/>

本社・工場 〒176-0021 東京都練馬区貫井3-16-5  
TEL.(03)3577-1111 FAX.(03)3577-1002



代理店

東北営業所 〒989-0217	宮城県白石市大平森合字清水田39-1	TEL.(0224)24-2672	FAX.(0224)24-2673
東京営業所 〒176-0021	東京都練馬区貫井3-16-5	TEL.(03)5848-7921	FAX.(03)3970-7218
厚木営業所 〒243-0815	神奈川県厚木市妻田西1-15-12	TEL.(046)222-3166	FAX.(046)222-0144
静岡営業所 〒421-0404	静岡県牧之原市静谷2543-1	TEL.(0548)27-3111	FAX.(0548)27-2228
中部営業所 〒448-0857	愛知県刈谷市大手町2-29 INOビル2F	TEL.(0566)21-2266	FAX.(0566)21-2181
近畿営業所 〒520-2361	滋賀県野洲市北野1-7-1	TEL.(077)587-7500	FAX.(077)587-7501
広島営業所 〒735-0006	広島県安芸郡府中町本町2-9-33-101	TEL.(082)286-0472	FAX.(082)286-0597
海外営業部 〒176-0021	東京都練馬区貫井3-16-5	TEL.(03)5848-7621	FAX.(03)3577-2711

東北工場・東北分工場・静岡工場・新座事業所

[フクダ公式サイト]

